

検体検査項目の基準値変更一覧（2024.5現在）

日付 検査部門 検査項目 新基準値 旧基準値

2024.4.1	(4/1より) 検体検査	PT	10.0-13.0	10.0-14.0
		FDP	5.0未満	2.8未満
		アンチトロンビンⅢ	80.0-130.0	80.0-120.0
		プラスミノゲン	80.0-130.0	80.0-120.0
		α 2プラスミンインヒビター	80.0-130.0	80.0-120.0
		プラスミン・ α 2PI複合体	0.8未満	0.8以下
		トロンビン・AT3複合体	4.00未満	2.00以下
		第Ⅱ因子	60.0-140.0	80.0-120.0
	(3/31まで) 血液 一部は緊急	第Ⅴ因子	60.0-140.0	80.0-120.0
		第Ⅶ因子	60.0-140.0	80.0-120.0
		第Ⅹ因子	60.0-140.0	80.0-120.0
		第Ⅷ因子	60.0-140.0	80.0-120.0
		第Ⅸ因子	60.0-140.0	80.0-120.0
		第ⅩⅠ因子	60.0-140.0	80.0-120.0
		第ⅩⅡ因子	60.0-140.0	80.0-120.0
		第ⅩⅢ因子	70.0-120.0	80.0-120.0
2024.2.1	血液	赤血球沈降速度（ESR）	(M)2-10 (F)3-15	15未満
2023.11.4	生化学	コルチゾール	6.0-18.4	6.2-18.0
2023.11.1	血液・緊急	Dダイマー	1.00未満	0.80未満

検体検査項目の基準値変更一覧（2024.5現在）

日付 検査部門 検査項目 新基準値 旧基準値

2023.2.1	血液・緊急	MCV	83.6-98.2	84.0-100.0
		MCH	27.5-33.2	27.0-34.0
		MCHC	31.7-35.3	32.0-35.0
		PLT	158-348	140.0-340.0
	生化学・緊急	総蛋白	6.6-8.1	6.6-8.2
		アルブミン	4.1-5.1	3.9-4.9
		尿素窒素	8.0-20.0	8.0-22.6
		クレアチニン	(M) 0.65-1.07 (F) 0.46-0.79	(M) 0.6-1.1 (F) 0.4-0.8
		尿酸	(M) 3.7-7.8 (F) 2.6-5.5	(M) 3.0-7.0 (F) 2.5-6.3
		ナトリウム	138-145	138-148
		カリウム	3.6-4.8	3.6-5.2
		クロール	101-108	98-108
		カルシウム	8.8-10.1	8.2-10.2
		無機リン	2.7-4.6	2.5-4.7
		グルコース	73-109	60-110
		中性脂肪	(M)40-234 (F)30-117	38-193
		総コレステロール	142-248	132-252
		総ビリルビン	0.40-1.50	0.2-1.2
		AST	13-30	8-38
		ALT	(M)10-42 (F)7-23	4-44
		γ-GT	(M)13-64 (F)9-32	16-73
		ChE	(M)240-486 (F)201-421	198-485
		アミラーゼ	44-132	39-124
		CK	(M)59-248 (F)41-153	(M)56-244 (F)43-165
		CRP	0.00-0.14	0.3以下
		血清鉄	40-188	(M)60-200 (F)50-160
	生化学	HDLコレステロール	(M) 38-90 (F) 48-103	(M) 41-68 (F) 48-74
		LDLコレステロール	65-163	70-139

検体検査項目の基準値変更一覧（2024.5現在）

日付	検査部門	検査項目	新基準値	旧基準値
2023.2.1	生化学	IgG	861-1747	870-1700
		IgA	93-393	110-410
		IgM	(M)33-183 (F)50-269	35-220
		C3	73-138	65-135
		C4	11-31	13-35
		HbA1c	4.9-6.0	4.6-6.2
2022.11.21	生化学	KL-6	500未満	430未満
		β 2マイクログロブリン	0.90-1.90	0.64-1.56
2022.9.1	生化学・緊急	CK-MB	5以下	25以下
2022.5.16	生化学	フェリチン	(M) 14.4-303.7	(M) 40.0-465.0
			(F) 5.0-120.2	(F) 6.0-138.0
2020.11.1	一般	U-GLU/day	0.03-0.13	0.04-0.09
		U-UN/day	7-13	6-15
		U-UA/day	0.4-0.8	0.4-1.2
		U-IP/day	0.4-0.8	0.5-1.0
		U-Mg/day	0.02-0.16	0.02-0.13
	生化学	浸透圧（血清）	270-290	276-292
		TSHレセプタ抗体	2.0未満	2.0以下
		CA125	35.0未満	35以下
		CA19-9	37.0未満	37以下
		CA15-3	28.0未満	28.0以下
	緊急	トロポニンT	0.100未満	0.100以下
2020.4.1	生化学・緊急	LD	124-222	106-211
		ALP	38-113	104-338
2019.8.1	血液・緊急	WBC	3.3-8.6	2.7-8.8
		RBC	(M) 4.35-5.55 (F) 3.86-4.92	3.7-5.4
		HB	(M) 13.7-16.8 (F) 11.6-14.8	11.0-17.0
		HT	(M) 40.7-50.1 (F) 35.1-44.4	34.0-49.0
2018.4.1	一般	Cl（髄液）	118-130	120-130
2018.3.1	一般・緊急	尿定性-PH	4.5-7.5	4.8-7.5
2016.4.1	生化学	血中コルチゾール	6.2-18.0	6.2-19.4
	一般・緊急	尿定性-比重	1.005-1.030	1.006-1.022
	一般	沈渣-細菌	(-)～(1+)	(-)～(+)
	一般	U-ALB/day	<30	2-20
	一般	尿中アルブミン(CRE換算)	<30	10.0 $\geq$

検体検査項目の基準値変更一覧（2024.5現在）

日付 検査部門 検査項目 新基準値 旧基準値

2015.11.4	緊急	尿沈渣-RBC	4/1HPF以下	
		尿沈渣-WBC	4/1HPF以下	
		尿沈渣-細菌	(-)～(1+)	
2015.5.7	血液	好酸球%	6.0以下	0.0-6.0
		好塩基球%	2.0以下	0.0-2.0
		好中球桿状核%	19.0以下	0.0-19.0
		好酸球%（目視法）	10.0以下	0.0-10.0
		好塩基球%（目視法）	2.0以下	0.0-2.0
		単球%	10.0以下	0.0-10.0
		トロンビン・AT3複合	2.0以下	0.0-2.0
2015.3.28	生化学	プラスミン・α2PI複合	0.8以下	0.0-0.8
		サイログロブリン	33.7以下	35以下
2014.10.18	免疫	RPR	(-)：1.0未満	(-)：0.9以下
		HBs抗体	(-)：10.0未満	(-)：9.9以下
		HCV抗体	(-)：1.0未満	(-)：0.9以下
2014.4.1	生化学・緊急	アルブミン	3.9-4.9	3.9-5.3
		尿酸	(M) 3.0-7.0 (F) 2.5-6.3	(M) 3.0-8.3 (F) 2.5-6.3
2013.12.1	生化学	IgE	270以下	200以下
2013.8.1	免疫	TPLA	(-)：10未満	(-)：19以下
		ASLO	160以下	200以下
		HBs抗原	(-)：0.05未満	(-)：0.9以下
		HBe抗原	(-)：1.0未満	(-)：0.9以下
		HBc抗体	(-)：1.0未満	(-)：0.9以下
2013.4.1	免疫	HBs抗体	(-)：9.9以下	(-)：4.9以下